



## Wichtige Artikeländerung zu Schlauchdosierpumpen

Bisher		NEU ab 22.08.2013	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
18140	Schlauchdosierpumpe für Desinfektionsmittel	18875	Universal-Schlauchdosierpumpe für alle Infratronic Solutions Spender zur Verwendung für Seife und Desinfektionsmittel
18145	Schlauchdosierpumpe für Seifen, dickflüssige Gel-Desinfektionsmittel und Creme		

## Desinfektionsmittel

Hersteller	Mittel	Flasche	Adapter	Dichtung	Prüfdatum
Acto GmbH	Actoderm	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2013
Alpro Medical	Alpro Sept HD	1,0 Liter	S	mit	Jan. 2013
Antiseptica	Manorapid	1,0 Liter	S	ohne	Feb. 2010
	Poly Alcohol Haut ... gefärbt *	1,0 Liter	S	mit	Jan. 2013
	Poly Alcohol Haut ... farblos *	0,5/1,0 Liter	S	mit	Okt. 2012
B. Braun	Promanum N *	0,5/1,0 Liter	M	mit	Nov. 2012
	Softa-Man *	0,5/1,0 Liter	M	mit	Okt. 2012
	Softa-Man acute *	0,5/1,0 Liter	M	mit	Okt. 2012
	Softa-Man pure *	0,5/1,0 Liter	M	mit	Okt. 2012
	Softa-Man ViscoRub *	0,5/1,0 Liter	M	mit	Okt. 2012
Beese medical / Meditrade	Promanum pure 2-Propanol	0,5/1,0 Liter	M	mit	Okt. 2012
	Beopur	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2010
	Alcoman	0,5/1,0 Liter	S	mit	Jan. 2013
Bode Chemie	Alcoman-GEL	0,5/1,0 Liter	S	mit	Jan. 2013
	Classic Pure *	1,0 Liter	L	mit	Okt. 2012
	Manusept basic	1,0 Liter	L	mit	Feb. 2010
	Sterilium Classic *	1,0 Liter	L	ohne	Okt. 2012
	Sterilium *	1,0 Liter	L	mit	Okt. 2012
Borer Chemie AG	Sterilium Virurgard	1,0 Liter	L	mit	Okt. 2012
	Decosept HA	1,0 Liter	M	mit	März 2010
	Decosept	1,0 Liter	M	mit	März 2010
Bosse Medizinprodukte	Dermasept - Softsystemflasche	1,0 Liter	-	-	Juli 2010
Calvatis GmbH	Calgonit Händedesinfektion	0,5/1,0 Liter	S	mit	Nov. 2012
DC Dental Central	Händedesinfektion	1,0 Liter	S	mit	Juni 2010
Desomed - Dr. Trippen GmbH	Asepto Man *	0,5 Liter	L	2 Stück	Mai 2010
	Asepto Man *	1,0 Liter	L	mit	Mai 2010
	Asepto Man Pur	0,5 Liter	L	2 Stück	Mai 2010
	Asepto Man Pur	1,0 Liter	L	mit	Mai 2010
	Asepto Pur	0,5 Liter	L	2 Stück	Mai 2010
	Asepto Pur	1,0 Liter	L	mit	Mai 2010
Dr. Becher GmbH	Händedesinfektion	1,0 Liter	L	mit	Feb. 2013
	Händedesinfektion Gel Orange	0,5 Liter	M	mit	Feb. 2013
Dr. Deppe	OpSept Hände Antisepticum***	0,5/1,0 Liter	S	mit	Sep. 2012
Dr. Nüsken Chemie	Nüscoman	1,0 Liter	M	mit	Sept. 2009
Dr. Schnell	CimoSept	0,5/1,0 Liter	L	mit	Juni 2013
	Cimoskin	0,5/1,0 Liter	L	mit	Dez. 2012

Hersteller	Mittel	Flasche	Adapter	Dichtung	Prüfdatum
Dr. Schumacher GmbH	Medichem	1,0 Liter	L	mit	März 2010
	Descoderm Viral	1,0 Liter	L	mit	März 2010
	Septoderm Hände *	1,0 Liter	L	mit	Aug. 2012
	Descoderm	1,0 Liter	L	mit	Mai 2010
Dr. Weigert	triformin decon	1,0 Liter	L	ohne	Feb. 2013
	triformin safeDIS	1,0 Liter	L	ohne	Apr. 2013
	triformin medDIS	1,0 Liter	L	ohne	Apr. 2013
Dürr Dental	HD 400	0,4 Liter	L	mit	Okt. 2012
	HD 410 **	1,0 Liter	S	ohne	Okt. 2012
	HD 410 **	0,5 Liter	L	mit	Okt. 2012
	HD 412 essential**	0,4 Liter	L	mit	Nov. 2012
Ecolab	Spitacid	1,0 Liter	E	ohne	Okt. 2012
	Skinman Soft *	0,5 Liter	E	ohne	Okt. 2012
	Skinman clear	1,0 Liter	E	ohne	Nov. 2012
Ehlert GmbH	EP-454 P	1,0 Liter	S	mit	Juli 2010
Erdal Rex / Tana Chemie	Apesin Handaktiv	0,2 Liter	S	ohne	Apr. 2013
Evonik Industries	Stokosept Gel	0,5/1,0 Liter	M	mit	Mai 2010
Hellmut Ruck	Ruck Händedesinfektion	0,5 Liter	S	ohne	Jan. 2013
Henry Schein	EuroSept Max	0,5/1,0 Liter	S	ohne	Dez. 2012
HWR Chemie	HÄNDE-DES fluid	1,0 Liter	M	mit	Sept. 2009
Hyproclean	Suprades HD	1,0 Liter	S	ohne	Feb. 2010
Intermed Service GmbH & Co. KG	ISG Händedesinfektion *	1,0 Liter	L	mit	Okt. 2012
	ISG Händedesinfektion *	0,5 Liter	L	ohne	Okt. 2012
Jordan Gamma Medizintechnik	JG-Hände-/Hautdesinfektion	1,0 Liter	L	2 Stück	Feb. 2013
KABITEC Chemiegesellschaft mbH	Bojasept	1,0 Liter	S	mit	Sept. 2009
Kaniudenta	Kaniderm Händedesinfektion	1,0 Liter	L	2 Stück	Mai 2011
	Kaniderm-Protect Gel *	0,5 Liter	L	ohne	Okt. 2012
	Kaniderm-Protect Gel *	1,0 Liter	L	mit	Okt. 2012
Kleen Purgatis	Budesin OP Sept	0,5/1,0 Liter	S	mit	Okt. 2012
	Budesin LOTIO HD	0,5/1,0 Liter	S	mit	Okt. 2012
Lysoform	Amosept	1,0 Liter	S	mit	Okt. 2012
	AHD 2000	1,0 Liter	S	mit	Okt. 2012
M+W	M+W Händedesinfektion	1,0 Liter	S	mit	Nov. 2012
Menno Chemie-Vertrieb GmbH	Venno Derm	1,0 Liter	S	mit	Mai 2010
Merz GmbH	Mucasept-A	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2013
	Mucasept-A	0,43 Liter	M	mit	Feb. 2013
METASYS Medizintechnik GmbH	Green&Clean HD	1,0 Liter	S	mit	März 2013
Michallik und Mühlacker	Aktivin DHH	0,5 Liter	L	mit	Nov. 2007
Mundipharma	Mundipharma	1,0 Liter	S	2 Stück	Feb. 2010
Müller Omricon	Dentoderm Gel *	0,5/1,0 Liter	S	mit	Feb. 2013
Net-Dental	NET Händedesinfektion	0,5 Liter	L	2 Stück	Sept. 2010
Nova	Novaderm	1,0 Liter	L	mit	Sept. 2009
Omnident	Omnihand	0,5/1,0 Liter	S	mit	Nov. 2012
ORBIS Dental	Händedesinfektion *	0,5/1,0 Liter	S	mit	Nov. 2012
Oro Clean Chemie AG	Orosept Solution	0,5 Liter	M	mit	Feb. 2010
Pico Medical	Poly Alcohol	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2010
Pluradent	Pluradent Händedesinfektion	1,0 Liter	S	mit	Okt. 2012
ProCura hy med GmbH	proCura SEPT	1,0 Liter	S	mit	Juni 2013
Rheosol Wachendorff-Chemie GmbH	Händedesinfektion	1,0 Liter	S	mit	Okt. 2012
ROGG	Desinfektionsmittel	1,0 Liter	L	mit	März 2013
Schmidtke Ideal Chemie GmbH	Iscopur Sept	1,0 Liter	L	mit	Nov. 2010

Hersteller	Mittel	Flasche	Adapter	Dichtung	Prüfdatum
Schülke + Mayr	Desmanol N * <i>bauchige Flasche</i>	1,0 Liter	L	ohne	Sept. 2011
	Desmanol N * <i>Euro-/Spenderflasche</i>	1,0 Liter	S	Mit	Feb. 2011
	Primasept Med <i>bauchige Flasche</i>	1,0 Liter	L	ohne	Dez. 2012
	Primasept Med <i>Euro-/Spenderflasche</i>	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2011
	Desderman Pure * <i>bauchige Flasche</i>	1,0 Liter	L	ohne	Okt. 2012
	Desderman Pure * <i>Euro-/Spenderflasche</i>	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2011
	Desderman N * <i>bauchige Flasche</i>	1,0 Liter	L	ohne	Sept. 2011
	Desderman N * <i>Euro-/Spenderflasche</i>	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2011
	<i>Sensiva bauchige Flasche</i>	1,0 Liter	L	ohne	Okt. 2012
Schuster Chemie GmbH	BODUR	1,0 Liter	M	mit	Mai 2010
SEITZ GmbH	Destec Bavacid Hand	1,0 Liter	S	mit	Mai 2010
Stockmeier Chemie	Lerasept HD	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2010
Tana Chemie GmbH	Apesin Handaktiv	0,5/1,0 Liter	S	mit	März 2013
Unident SA	Dermocol New	1,0 Liter	M	mit	Mai 2013
	Dermocol Gel New	0,5/1,0 Liter	M	mit	Feb. 2011
Wachendorff-Chemie AG	Rheosept	0,5/1,0 Liter	S	mit	Feb. 2013
Zhermack	Zeta 66	0,5/1,0 Liter	S	mit	Apr. 2013

## Seifen

Hersteller	Mittel	Flasche	Adapter	Dichtung	Prüfdatum
Alpro Medical	Cremana-wash	1,0 Liter	S	mit	Jan. 2013
Antiseptica	Dermoguard Waschlotion	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2010
	Dermotan	1,0 Liter	S	mit	Feb. 2010
Azett	Seifencreme 2000	0,5 Liter	S	mit	Dez. 2012
B. Braun	Lifosan-Pure	0,5/1,0 Liter	M	mit	Mai 2010
	Lifosan soft	0,5/1,0 Liter	M	mit	Mai 2010
	Softaderm	0,5/1,0 Liter	M	mit	Dez. 2012
	Softaskin	0,5/1,0 Liter	M	mit	Dez. 2012
Bode Chemie	Baktolin basic	0,5/1,0 Liter	L	mit	Dez. 2012
	Baktolin classic	0,5/1,0 Liter	L	mit	Dez. 2012
DC Dental Central	Waschlotion	1,0 Liter	S	mit	Dez. 2012
	Waschlotion Light	1,0 Liter	S	ohne	Juni 2010
Desomed – Dr. Trippen GmbH	Asepto Cont	0,5 Liter	L	2 Stück	Mai 2010
	Asepto Cont	1,0 Liter	L	mit	Dez. 2012
Dr. Becher GmbH	Decontasept	1,0 Liter	L	2 Stück	Feb. 2011
Dr. Deppe	blue sensitive Waschlotion***	0,5/1,0 Liter	S	mit	Sep. 2011
Dr. Schnell	Cimolin	0,5 Liter	L	2 Stück	Juni 2010
	Cimolotion	0,5 Liter	L	2 Stück	Juni 2010
Dr. Schumacher GmbH	Descosan	1,0 Liter	L	mit	Okt. 2012
	Salina	1,0 Liter	L	mit	Juli 2010
Dürr Dental	HD 425 **	0,5 Liter	S	ohne	Dez. 2012
	HD 435 **	1,0 Liter	S	ohne	Dez. 2012
Ecolab	Manipur	0,5 Liter	E	ohne	Sept. 2010
	Seraman Sensitive	0,5 Liter	E	ohne	Okt. 2012
Fresenius Kabi	Sanalid HKD	1,0 Liter	S	mit	Dez. 2012
Heck Hygiene GmbH	Sanolind soft	1,0 Liter	L	mit	Nov.2011
Hentschke + Sawatzki	Eossan Emulsion	1,0 Liter	S	mit	Dez. 2012
HWR Chemie	Hände-DES	1,0 Liter	M	mit	Sept. 2009
Kaniedenta	Kanisept med Waschlotion	1,0 Liter	L	2 Stück	Feb. 2010
	Kanisoft Kamille	1,0 Liter	L	mit	Dez. 2012
Kesla Pharma Wolfen	Wofacutan Waschlotion	1,0 Liter	M	mit	Dez. 2012

Hersteller	Mittel	Flasche	Adapter	Dichtung	Prüfdatum
M + W Dental	Waschlotion	1,0 Liter	S	mit	Dez. 2012
Merz GmbH	Mucama Waschlotion	1,0 Liter	S	ohne	Feb. 2013
	Mucama Waschlotion	0,43 Liter	M	mit	Feb. 2013
Michallik und Mühlacker	Aktivin RAW	0,5 Liter	S	mit	Dez. 2012
Net-Dental	NET Waschlotion	1,0 Liter	L	mit	Aug. 2010
Omnident	Omnicare	0,5 Liter	S	mit	Apr. 2013
Pico Medical	Curacid WL	0,5 Liter	S	mit	Feb. 2010
Pluradent	Pluradent Waschlotion	1,0 Liter	S	mit	Dez. 2012
ROGG	Waschlotion	1,0 Liter	L	mit	Feb. 2013
Sanct Bernhard	Ringelblumen-Flüssigseife	0,25 Liter	S	mit	Feb. 2013
Schmidtke Ideal Chemie GmbH	Teebaumöl-Flüssigseife	0,25 Liter	S	mit	Feb. 2013
	Oliven Handwaschöl	0,25 Liter	S	mit	Feb. 2013
	Aloe Vera Handwaschgel	0,5 Liter	M	2 Stück	Feb. 2013
	Isopur Deconta	1,0 Liter	L	mit	Nov. 2010
Schülke & Mayr	esentan skin care	0,5 Liter	L	mit	Dez. 2012
SEITZ GmbH	s&m Waschlotion	0,5 Liter	L	mit	Dez. 2012
	Hand Wash	1,0 Liter	S	mit	Dez. 2012
Unident SA	Dermocol Wash	0,15 Liter	M	mit	Dez. 2012
Wachendorff-Chemie AG	Rheosept wash	0,5/1,0 Liter	S	mit	Feb. 2013
Witty-Chemie GmbH & Co. KG	Witty-Lavasin S	0,2 Liter	M	mit	Dez. 2012

## Handwaschpaste

Hersteller	Mittel	Flasche	Adapter	Dichtung	Prüfdatum
Layer-Chemie	Wesapon Antibakteriell	1,0 Liter	S	mit	Sept. 2009

## Pflegecremes

Hersteller	Mittel	Flasche	Adapter	Dichtung	Prüfdatum
B.Braun	Trixo	0,5 Liter	M	ohne	Dez. 2012
	Trixo-lind	0,5 Liter	M	ohne	Dez. 2012
	Trixo-lind pure	0,5 Liter	M	ohne	Dez. 2012
Dr. Schnell	Samtalin	0,5 Liter	L	2 Stück	Juni 2010
	SamoLind	0,5 Liter	L	2 Stück	Juni 2010
	Samosoft	0,5 Liter	L	2 Stück	Juni 2010
Dr. Weigert	triformin care	0,5 Liter	L	ohne	Apr. 2013
Ecolab	Silonda	0,5 Liter	E	ohne	Okt. 2012
Henry Schein	Crema Lotion	0,5 Liter	S	mit	Dez. 2012
Kesla Pharma Wolfen	Wofacutan	0,22 Liter	M	mit	Nov. 2012
Merz GmbH	Mucaderma-S Pflegeelotion	0,43 Liter	M	mit	Feb. 2013
Orochemie	C50 Pflegeelotion	1,0 Liter	S	ohne	Feb. 2010
Sanct Bernhard	Handrücken-Pflegeelotion	0,25 Liter	S	mit	Mai 2010

## Mundspülung

Hersteller	Mittel	Flasche	Adapter	Dichtung	Prüfdatum
Kreussler & Co. GmbH	Dynexan Proaktiv 0,2% CHX	0,3 Liter	M	mit	März 2013
Dürr Dental	OD 600 CHX 0,2%	0,4 Liter	M	mit	März 2013
Sunstar	Gum Paroex	0,3 Liter	M	mit	Apr. 2013
Megadent	UltraDex	0,5 Liter	S	mit	Apr. 2013

Liste wird fortlaufend ergänzt

Stand August 2013

**\* Bei diesem Mittel ist es möglich, dass die Desinfektionspumpen durch chemische Reaktionen nur begrenzt haltbar sind.**  
Sollte die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt sein, tauschen Sie bitte die betreffende Schlauchdosierpumpe aus.

\*\* Bitte geben Sie bei Bestellung an, welches Mittel Sie benutzen möchten.

\*\*\* Wir empfehlen zum Aufschrauben die Verwendung der Ein- und Ausdrehhilfe.

Bei mehrfacher Verwendung einer Flasche kann es dazu kommen, dass die Ecken einreißen. Bitte tauschen Sie Ihre Flasche regelmäßig aus.

Bei einigen Mitteln werden werkseitig Dosierhilfen eingelegt. Diese sind vorher aus dem Flaschenhals zu entfernen.